

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	EASYMAX testribad N50
MSA kood	10238
Aasta	2017

1. Lühikokkuvõtte taotlusest

Linus Medical OÜ taotleb alljärgnevate häälfunktsiooniga glükomeetri testribade lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: EASYMAX testribad N50.

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§ 3. Glükomeetri testribad“ seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega.

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast¹ kompenseeriti glükomeetri testribasid 2016. aastal 44 688 isikule kogusummas 4,5 miljonit eurot, millest haigekassa tasus 4 miljonit eurot. Sealhulgas häälfunktsiooniga glükomeetri testribasid kompenseeriti 1 038 isikule kogusummas 163 071,92 eurot, millest haigekassa tasus 146 662,57 eurot.

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)

Taotletava EASYMAX testribade N50 jaemüügihind on ■■■ eurot.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

Haigekassa poolt hüvitatavate glükomeetri testribade täpne loetelu koos hüvitamistingimustega on toodud määruses „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“².

Häälfunktsiooniga glükomeetri testribasid on loetelus üks pakend: 7005923 AutoSense N50 maksumusega ■■■ eurot.

Häälfunktsioonita glükomeetri testribadele rakendub piirhind (aluseks Element glükomeetri testribad N50 maksumus, milleks on 17,70 eurot), arvatud ühe meditsiiniseadme ühiku hind on 0,3540 eurot.

EASYMAX testribade maksumus on samaväärne teiste loetellu kuuluvate häälfunktsiooniga testribadega, kuid ■■■ eurot ehk ■■■% kallim võrreldes häälfunktsioonita testribade piirhinnaga.

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – toote maksumuseks patsiendile kujuneb 0,1*■■■ = ■■■ eurot.

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

EASYMAX testribade maksumus on samaväärne teiste loetellu kuuluvate häälfunktsiooniga testribadega, seega uute testribade loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste

EASYMAX testribade maksumus on ■ eurot ehk ■% kallim võrreldes häälfunktsioonita testribade piirhinnaga. Testriba erinevuseks võrreldes häälfunktsioonita toodetega on häälfunktsiooni olemasolu, kuid muudest aspektidest on tegu samaväärsete toodetega. Arvestades asjaolu, et EASYMAX testribad on oluliselt kallimad võrreldes häälfunktsioonita testribadega, tuleks kaaluda koostöös erialaseltisiga rakendustingimuse sõnastamist, mis võimaldaks häälfunktsiooniga seadmeid konkreetsele sihtgrupile – nägemispuudega patsientidele, kellel abivahendid (nt. prillid) ei võimalda piisavat nägemisteravuse korrigeerimist ning kes ei ole seetõttu võimelised kasutama häälfunktsioonita testribasid.

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele – ei ole tõenäoline

4. Kokkuvõte

Taotletavad EASYMAX testribad on oma omadustelt samaväärsed juba loetelus olevate glükomeetri testribadega, seejuures uute testribade hind on samaväärne teise loetellu kuuluva häälfunktsiooniga testribadega, kuid ■% kallim võrreldes häälfunktsioonita testribade piirhinnaga. Uute testribade meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele kaasne, kuid laieneb häälfunktsiooniga toodete valik kindlustatutele.

5. Kasutatud kirjandus

¹ Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:

<https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed>

² Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070>