

## **EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang**

<b>Taotluse nimetus</b>	DreamWear Gel ninasõõrme mask ja DreamWear täisnäomask
<b>MSA kood</b>	11773 ja 12566
<b>Aasta</b>	2019

### **1. Lühikokkuvõte taotlusest**

Hansa Medical OÜ taotleb alljärgnevate CPAP seadme maskide (tootja Respiroics, Inc) lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: DreamWear Gel ninasõõrme mask ja DreamWear täisnäomask. Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele (raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne uneapnoe) ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma rühma § 74 „Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid“, seejuures hüvitamistingimusi muutmata ja paremust tõendamata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on võrreldavad juba loetelus olemasolevate seadmetega.

Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika<sup>1</sup> andmetel kompenseeriti CPAP seadme maske 2018. aastal 4170 isikule 4170 maski kogusummas 644 164 eurot, millest haigekassa tasus 498 178 eurot.

### **2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang**

#### **2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)**

DreamWear Gel ninasõõrme mask xxx,xx eurot ja DreamWear täisnäomask xxx,xx eurot.

#### **2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega**

2019.a haigekassa meditsiiniseadmete loetelus (§ 74 lg 1 ja 3)<sup>2</sup> on sõõrmemaske 11 ja täisnäomaske 30. Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme maksumus, sõõrmemaskidele piirhinnarühmas vastavalt 94,33 eurot ja täisnäomaskide omas 226,7 eurot. 2018. a ja 2019 I poolaastal on enim kasutatud sõõrmemask „ResMed AirFit P10 sõõrmemask suurus SML-MED-LGE“ piirhinnaga 145,33 eurot ja reaalse 2019 I poolaasta keskmise müügihinnaga 107,42 eurot ning enim kasutatud täisnäomask on „Mirage Quattro 25 × 40 × 10“ maksumusega 226,70 eurot.

Mõlemad taotletavad maskid ületavad rühmasisest piirhinda – sõõrmemask xx,xx euro võrra ehk xx% ja täisnäomask xx,xx euro võrra ehk x%. Samuti on mõlemad maskid kallimad täna enim kasutatud maskide reaalsest maksumusest. Seejuures DreamWear täisnäomask on samaväärse hinnaga mis loetelus olevad Philips Respiroics Amara View täisnäomaskid (suurused S, M ja L).

#### **2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused**

Patsient tasub 10% piirhinnast (või piirhinnast madalamast hinnast) ning piirhinda ületava osa. DreamWear Gel ninasõõrme maski ostul on patsiendi omaosalus  $94,33 \cdot 0,1 + xx,xx = xx,xx$  eurot ja DreamWear täisnäomaski ostul  $226,7 \cdot 0,1 + xx,xx = xx,xx$  eurot.

#### **2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu**

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

### **3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahaliste võimaluste, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu**

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest sõorme- ja täisnäomaskide piirhinnarühmades, uute maskide meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga jääb täiendavalt patsiendi tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste - kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele - kui patsienti on nõustatud maski ja seadme korrektse kasutamise ja hooldamise osas ning maski välja kirjutamisel peetakse kinni rakendustingimustest, ei ole väär- ja liigkasutamine tõenäoline.

## **4. Kokkuvõte**

Hansa Medical OÜ taotleb DreamWear Gel ninasõorme maski ja DreamWear täisnäomaski lisamist meditsiiniseadmete loetellu. Taotletavad seadmed on oma omadustelt võrreldavad juba loetelus olevate CPAP maskidega, kuid nende maksumused ületavad rühmasisest piirhinda kui ka täna enim kasutatud maskide reaalseid maksumusi. Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest sõorme- ja täisnäomaskide piirhinnarühmades, uute maskide meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga jääb täiendavalt patsiendi tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa. Seega on oluline täiendav hinnaläbirääkimine seadme esindajaga patsiendi omaosaluse vähendamiseks.

## **5. Kasutatud kirjandus**

---

<sup>1</sup> Haigekassa meditsiiniseadmete statistika: <https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika>

<sup>2</sup> Haigekassa 2019. a meditsiiniseadmete loetelu: <https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018005>