

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	AirFit P30i sõõrmemask
MSA kood	16070
Aasta	2021

1. Lühikokkuvõtte taotlusest

Pintmann Group OÜ taotleb tootja ResMed Pty. Ltd CPAP seadme sõõrmemaski AirFit P30i (suurused väike ja standard) lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu.

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele (raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne uneapnoe) ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§ 54. Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid“¹, seejuures hüvitamistingimusi muutmata ja paremust tõendamata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega.

Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika² andmetel kompenseeriti CPAP seadme maske 2020. aastal 5275 isikule, kokku 5275 maski kogusummas 850 888,91 eurot, millest haigekassa tasus 752 743,92 eurot. 2021. a* on haigekassa CPAP seadme maske kompenseerunud 1468 isikule, kokku 1468 maski kogusummas 235 436,27 eurot, millest haigekassa tasus 209 221,74 eurot (tabel 1).

Tabel 1. CPAP seadme maskide kasutusstatistika ajavahemikus 01.01.2021-29.03.2021.

MS rühm	Isikute arv	Retseptide arv	Müüdnud pakendite arv	Retsepti kogusumma	EHK poolt tasutud	Patsiendi poolt tasutud
9MS0060	1468	1468	1468	235 436,27 €	209 221,74 €	26 214,53 €

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)

AirFit P30i sõõrmemask (suurused väike ja standard) maksab 109,00 eurot.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

2021. a haigekassa meditsiiniseadmete loetelus (§ 54 lg 1)¹ on sõõrmemaske kokku 12. Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme maksumus ning sõõrmemaskide piirhinnarühmas on see vastavalt 94,33 eurot. 2020. a ja 2021. a* on enim kasutatud sõõrmemask „ResMed AirFit P10“ maksimaalse jaemüügihinnaga 109 eurot ja reaalse 2020. a ja 2021. a* keskmise müügihinnaga 94,33 eurot. Soodsamalt on müüdnud ka „Ninamask Swift FX“ ja „Ninamask Swift LT“ sõõrmemaske, mille maksimaalne jaemüügihind on 109 eurot, kuid reaalne keskmine müügihind on 2020. a ja 2021. a* olnud 94,33 eurot. Taotletav sõõrmemask AirFit P30i ületab rühmasisest piirhinda 94,33 eurot 14,67 euro võrra ehk 15,6%. Samuti on taotletav ninamask kallim mitmest eelpool loetletud sõõrmemaskide reaalsest müügihinnast.

* seisuga 29.03.2021

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused

Patsient tasub 10% piirhinnast (või piirhinnast madalamast hinnast) ning piirhinda ületava osa. Patsiendi omaosalus on taotletava sõõrmemaski puhul 24,10 eurot ($94,33 \cdot 0,1 + 14,67$).

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest sõõrmemaskide piirhinnarühmas, ei kaasne uue maski lisamisega meditsiiniseadmete loetellu ravikindlustuse eelarvele lisakulu, küll aga jääb täiendavalt patsiendi tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste – kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele – kui patsienti on nõustatud maski ja seadme korrektse kasutamise ja hooldamise osas ning maski väljakirjutamisel peetakse kinni rakendustingimustest, ei ole väär- ja liigkasutamine tõenäoline.

4. Kokkuvõte

Pintmann Group OÜ taotleb CPAP seadme sõõrmemaski AirFit P30i (suurused väike ja standard) lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. Taotletav meditsiiniseade on oma omadustelt võrreldav juba loetelus olevate CPAP sõõrmemaskidega. Taotletava sõõrmemaski maksumus ületab rühmasisest piirhinda ning mitmete loetellu kantud sõõrmemaskide reaalsel maksumust, sh enimkasutatava sõõrmemaski „ResMed AirFit P10“ reaalsel maksumust. Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest sõõrmemaskide piirhinnarühmas, ei kaasne uue maski lisamisega meditsiiniseadmete loetellu ravikindlustuse eelarvele lisakulu ning laieneks tootevalik, küll aga jääb täiendavalt patsiendi tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa. Seega patsiendi omaosaluse vähendamiseks peab haigekassa oluliseks pidada täiendavaid hinnaläbirääkimisi seadme esindajaga.

5. Kasutatud kirjandus

¹ Haigekassa 2021. a meditsiiniseadmete loetelu § 54: <https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016#para54>

² Haigekassa meditsiiniseadmete statistika: <https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika>